

Фотометр КФК-3 фотокалориметр



Харків, Україна

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности прозрачных жидкостных растворов и прозрачных твердых образцов, а также для определения концентрации веществ в растворах после предварительной градуировки фотометра потребителем и скорости изменения оптической плотности вещества.

Фотометр предназначен для применения в сельском хозяйстве, медицине, на предприятиях водоснабжения, в металлургической, химической, пищевой промышленности и других областях народного хозяйства.

1. Спектральный диапазон работы фотометра 315...990 нм. В качестве диспергирующего элемента в фотометре применена дифракционная решетка.
2. Спектральный интервал, выделяемый монохроматором фотометра, не более 7 нм.
3. Пределы измерения:
 - a. коэффициента пропускания 0, 1...100% (в диапазоне измерения коэффициентов пропускания от 0, 1 до 1 или оптической плотности от 2 до 3 погрешность не нормируется)
 - b. оптической плотности 0...3.
4. Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности фотометра при измерении коэффициента пропускания, не более 0, 5%.
5. Предел допускаемого среднеквадратического отклонения случайной составляющей основной абсолютной погрешности, не более 0, 15%.
6. Дополнительная погрешность фотометра при измерении коэффициента пропускания в интервале температур от 10 до 35°C, не более 0, 3%.
7. Диспергирующий элемент - дифракционная решетка вогнутая, R 250 мм, число штрихов 1200 на 1 мм.

Price: **12 500 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Слышкин Виктор

0502221558